

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №21

г. Талдыкорган

«24» февраля 2022 года.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» РК, находящаяся по адресу Алматинской обл., г. Талдыкорган, микрорайон Каратаал, ул. Райымбек батыра, 35 (сайт: <http://gorbol-tk.kz>, электронный адрес: goszakur_tgmb@mail.ru, контакты: 8 7282 41 23 75 в соответствии п. 92 гл. 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила) объявляет о проведении закупа медицинских изделий для отделения эндоскопии, (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений:

№ лота	Наименование МИ	Краткая характеристика	Ед.из.	Кол-во	Цена	Выделенная сумма	Место поставки товара
1	8-проволочная корзинка для извлечения камней, канал 2.8 мм, длина 1900 мм	Щипцы захватывающие 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1900 мм Восьмипроволочная корзинка Наличие Четырехпроволочная конструкция корзинки в проксимальной части Наличие Диаметр корзинки 20 мм Функция вращения корзинки Наличие Пластиковая оболочка Наличие Атравматичный закругленный дистальный конец Наличие Интегрированная ручка с С-образным держателем Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Стерильность Наличие	штука	3	263 136	789 408	РК, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г
2	4-проволочная корзинка для извлечения камней, канал 2.8 мм, длина 1900 мм	Щипцы захватывающие 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1900 мм Четырехпроволочная корзинка Наличие Диаметр корзинки 22 мм Функция вращения корзинки Наличие Пластиковая оболочка Наличие	штука	3	248 543	745 629	

		Атравматичный закругленный дистальный конец Наличие Интегрированная ручка с С-образным держателем Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Стерильность Наличие				
3	Инструмент эндоскопический: Баллон для извлечения камней	Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1900мм Инъекционное отверстие выше баллона Наличие Порт для введения жидкостей с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для подачи воздуха с запорным краном с разъемом "Луер-Лок" Наличие Три шприца для точного раздувания баллона Наличие Размеры раздутого баллона От 8,5мм до 15 мм Рентгенконтрастные метки в дистальной части Не менее 2 штук Совместимость с проводником 0,035 двойма Интегрированная ручка с С-образным держателем Наличие Стерильность Наличие	штука	3	157 180	471 540
4	Инструмент эндоскопический: Баллон для извлечения камней	Совместимость с инструментальным каналом 3,2 мм Длина инструмента 1950 мм Инъекционное отверстие ниже баллона Наличие Порт для введения жидкостей с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для проводника в дистальной части Наличие Порт для подачи воздуха с запорным краном с разъемом "Луер-Лок" Наличие Три шприца для точного раздувания баллона Наличие Размеры раздутого баллона От 15мм до 20 мм	штука	3	157 180	471 540

		Рентгенконтрастные метки в дистальной части Не менее 2 штук Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Стерильность Наличие					
5	Механический литотриптор	Совместимость с ручкой для механических литотрипторов Наличие Совместимость с инструментальным каналом 3,2 мм Длина инструмента 1950 мм Четырехпроводочная корзинка Наличие Диаметр корзины 30 мм Функция вращения корзины Наличие Внешняя металлическая витая оболочка Наличие Внутренняя трубчатая пластиковая оболочка Наличие Атравматичный закругленный дистальный конец Наличие Возможность изменять длину витой оболочки Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Стерильность Наличие	штука	3	456 039	1 368 117	
6	Инструмент эндотерапевтический: Проводник	Длина проводника 4500 мм Диаметр проводника 0,025 дюйма Нитиноловый сердечник Наличие Длина гидрофильного покрытия в дистальной части 70 мм Фторсодержащее покрытие проксимальной части Наличие Форма дистального кончика Прямая Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие Возможность использования с электрохирургическими инструментами Наличие Пластиковая оболочка Наличие Порт для введения фистулы на оболочке Наличие Стерильность Наличие	штука	5	137 250	686 250	
7	Инструмент	Длина проводника 4500 мм	штука	5	137 250	686 250	

	эндотерапевтический: Проводник	Диаметр проводника 0,035 дюйма Нитиловый сердечник Наличие Длина гидрофильного покрытия в дистальной части 70 мм Фторсодержащее покрытие проксимальной части Наличие Форма дистального кончика Прямая Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие Возможность использования с электрохирургическими инструментами Наличие Пластиковая оболочка Наличие Порт для введения фистулы на оболочке Наличие Стерильность Наличие				
8	Инструменты эндотерапевтические: Папиллотом для V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального конца 4,5 Fg., длина дистального конца 3 мм 20 мм 0,035)	Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1700 мм Длина дистальной части 3 мм Длина режущей струны 20 мм Диаметр дистальной части 4,5 Fg Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с С-образным держателем Наличие Стерильность Наличие	штука	3	141 820	425 460
9	Инструменты эндотерапевтические: Папиллотом для V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального	Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1700 мм Длина дистальной части 3 мм Длина режущей струны 30 мм	штука	3	141 820	425 460

	конца 4,5 Fг., длина дистального конца 3 мм, струна с изоляцией 30 мм, под проводник 0,035)	Диаметр дистальной части 4,5 Fг Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с С-образным держателем Наличие Стерильность Наличие				
10	Инструменты эндотерапевтические: Папиллотом для V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального конца 4,5 Fг., длина дистального конца 7 мм, струна с изоляцией 20 мм, под проводник 0,035)	Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1700 мм Длина дистальной части 7 мм Длина режущей струны 20 мм Диаметр дистальной части 4,5 Fг Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с С-образным держателем Наличие Стерильность Наличие	штука	3	141 820	425 460
11	Инструменты эндотерапевтические: Папиллотом для V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального конца 4,5	Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1700 мм Длина дистальной части 7 мм Длина режущей струны 25 мм	штука	3	141 820	425 460

	Гг., длина дистального конца 7 мм, струна с изоляцией 25 мм, под проводник 0,035)	Диаметр дистальной части 4,5 Гг Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дойма Интегрированная ручка с С-образным держателем Наличие Стерильность Наличие				
12	Инструменты эндотерапевтические: Папиллотом для V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального конца 4,5 Гг., длина дистального конца 7 мм, струна с изоляцией 30 мм, под проводник 0,035)	Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1700 мм Длина дистальной части 7 мм Длина режущей струны 30 мм Диаметр дистальной части 4,5 Гг Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дойма Интегрированная ручка с С-образным держателем Наличие Стерильность Наличие	штука	3	141 820	425 460
13	Инструменты эндотерапевтические: Папиллотом для V системы с тройным просветом (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального конца 3,5	Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1700 мм Длина дистальной части 7 мм Длина режущей струны 20 мм	штука	3	141 820	425 460

	Гг., длина дистального конца 7 мм, струна с изоляцией 20 мм, под проводник 0,025)	Диаметр дистальной части 3,5 Гг Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,025 дюйма Интегрированная ручка с С-образным держателем Наличие Стерильность Наличие				
14	Клапан подачи воды/воздуха	Клапан подачи воды/воздуха должен быть совместим с эндоскопами 150 серии производства Olympus	штука	1	98 065	98 065
15	Клапан аспирации	Клапан аспирации должен быть совместим с эндоскопами 150 серии производства Olympus	штука	1	83 595	83 595
16	Биопсийный клапан	Клапан для биопсийного канала эндоскопа должен быть совместим с эндоскопами 150 серии производства Olympus	штука	1	32 860	32 860
17	Клип-апликатор, канал 2.8 мм, длина 2300 мм.	Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 2300 мм Возможность перезарядки Наличие Функция вращения клипсы Наличие Интегрированная ручка Наличие Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки Наличие	штука	1	740 000	740 000
18	Прямой мягкий дистальный колпачок для проведения эндоскопической диссекции подслизистого слоя.	Одноразовый прямой мягкий дистальный колпачок для проведения эндоскопической диссекции подслизистого слоя. Внешний диаметр 12.4 мм, длина от дистального конца эндоскопа 4 мм. Наличие бокового отверстия для дренирования жидкости. Совместимость с эндоскопом Olympus. Стерильный. Наличие 10 штук в упаковке.	упаковка	2	229 670	459 340

Сроки и условия поставки: по устной заявке Заказчика в течение 5 календарных дней.

Срок оплаты: Сроки выплат по факту поставки товара, по мере поступления бюджетных средств, при предоставлении необходимых документов в течение 90 (девяноста) банковских дней путем перечисления;

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: 040000, РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница», 2 этаж, блок А, отдел государственных закупок с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. до «03» марта 2022 года. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупу, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок;

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «04» марта 2022 года «08» часов «00» минут, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница», 2 этаж, блок А, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешения, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупу, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил. По главе 4 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждение по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупу.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупу товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупу уведомят об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.

Директор



Молдакулов Ж.М.