

Объявление о проведении закупки способом запроса ценовых предложений №20

«22» февраля 2022 года.

г. Талдықорган

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдықорганская городская многопрофильная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» РК, находящаяся по адресу Алматинской обл., г. Талдықорган, микрорайон Каратау, ул. Райымбек батыра, 35 (сайт: <http://gorbol-tk.kz>, электронный адрес: goszakur_tgmb@mail.ru, контакты: 8 7282 41 23 75 в соответствии п. 92 гл. 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила) объявляет о проведении закупки медицинских изделий для Клиники - диагностической лаборатории, (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений:

№ лота	Наименование МИ	Краткая характеристика	Ед.из.	Кол-во	Цена	Выделенная сумма	Место поставки МИ
Анализатор «Getein 1100»							
1	Тест набор для определения тропонина I (сTnI)	Тест набор для определения тропонина I (сTnI) (количественный)	упаковка	6	55 000	330 000	РК, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г
2	Тест набор для определения прокальцитонина (PCT)	Тест набор для определения прокальцитонина (PCT) (количественный)	упаковка	30	61 000	1 830 000	
3	Тест набор для определения высокочувствительного с-реактивного белка	Тест набор для определения высокочувствительного с-реактивного белка (количественный) (hs-CRP+CRP)	упаковка	10	40 000	400 000	
4	Тест набор для определения D-Dimera	Набор для определения D-Dimera, предназначен для флуоресцентного анализатора	упаковка	10	57 000	570 000	
5	Контроль PCT уровень 1/2/3	Контроль PCT уровень 1/2/3 лиофилизат для приготовления раствора 1 мл.	упаковка	2	49 000	98 000	
6	Контроль D-Dimera	Контроли D-Dimera, уровни 1,2,3 леофизилит для приготовления растворов 1 мл., условия хранения +2+8	упаковка	1	35 000	35 000	
Анализатор «ABL 80»							
7	Сенсорная кассета на 200 тестов/ 60 дней полная панель	Сенсорные кассеты на 200 тестов/ 60 дней полная панель должны являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора производства Radiometer Medical ApS (ДАНИЯ) - наличие. Конструктивно должны представлять собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором	штука	6	887 000	5 322 000	РК, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г

		расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь) - наличие. На задней стороне кассеты должна быть расположена контактная группа для подключения к анализатору - наличие. В кассете должен находиться смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры - наличие; кассета должна быть рассчитана на тестов не менее 200; срок годности кассеты на борту должен быть дней не менее 60				
8	Блок раствор ABL80 Basic	Блок растворов анализатора газов крови, электролитов и метаболитов должен являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора - наличие. Конструктивно должен представлять собой пластиковую коробку, в которой расположены полихлорвиниловые герметичные пакеты с промывочными и калибровочными растворами - наличие. Во время работы эти растворы через систему патрубков должны подаваться в анализатор - наличие. Блок должен содержать отсек для сбора отходов - наличие. На задней стороне должны быть расположены разъемы для подключения блока к анализатору - наличие. При транспортировке отверстия должны быть закрыты защитной лентой - наличие. В "смарт"-чипе должны быть закодированы молярные концентрации калибровочных растворов - наличие	штука	12	191 000	2 292 000
9	Термобумага для принтера рулон №6	Термобумага для принтера в рулоне должна применяться для работы термопринтера - наличие, в упаковке должно быть рулонов, не менее 6 - наличие, ширина рулона должна быть мм, не менее 79 - наличие.	упаковка	5	36 000	180 000
10	Шприц для аспирации PICO50 (2 мл)	Шприц полипропиленовый с гепаринизированным диском (80 ME сухого гепарина, сбалансированного по электролитам, нанесенного на целлюлозные волокна) - наличие. Применяется для определения pH, газов	штука	9	65 000	585 000

крови, параметров оксиметрии, электролитов и метаболитов в пробе артериальной и венозной крови - наличие. Рассчитан на аспирацию проб объемом в диапазоне от не менее мл 0,5 до не более мл 2,0. Поставляется в комплекте со специализированным колпачком надежно крепящемуся к кончику шприца, что не допускает утечку крови - наличие. Воздушные каналы колпачка предотвращают попадание воздуха при его надевании, обеспечивая герметичность пробы - наличие. Это позволяет сохранить достоверность результатов при анализе пробы таких параметров как содержание и парциальное давление кислорода и углекислого газа - наличие. Шприцы со сбалансированным по электролитам гепарином нанесенным на волокнистую, не растворяемую, целлюлозную пластинку («белый носитель»), взаимодействующим с материалом пробы сразу после контакта, вращаясь внутри сэмплера в потоках аспирируемого материала пробы - наличие. За счёт этого сбалансированный по электролитам гепарин равномерно распределяется по всему объёму материала пробы, не разбавляя её объём и не связывая электролиты (натрия и калия), тем самым не нарушая достоверность результатов анализа пробы - наличие. Объёмом шприца не менее мл 2, внутренний диаметр в диапазоне от не менее мм 8 до не более мм 9.					
Раствор контроля качества/ S7430 QUALICHECK+ уровень 1	Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK+ уровень 1 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены красным цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор	штука	1	142 000	142 000

	контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.					
12	Раствор контроля качества/ S7440 QUALICHECK+ уровень 2	Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK+ уровень 2 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены желтым цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.	штука	1	142 000	142 000
13	Раствор контроля качества/ S7450 QUALICHECK+ уровень 3	Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK+ уровень 3 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены синим цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.	штука	1	142 000	142 000
14	Раствор контроля качества/	Раствор контроля качества S7460	штука	1	142 000	142 000

S7460 QUALICHECK+ уровень 4	QUALICHECK+ уровень 4 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены зеленым цветом - наличие. В упаковке ампул не менее 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие.					
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Сроки и условия поставки: по устной заявке Заказчика в течение 5 календарных дней.

Срок оплаты: Сроки выплат по факту поставки товара, по мере поступления бюджетных средств, при предоставлении необходимых документов в течение 90 (девяноста) банковских дней путем перечисления;

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: 040000, РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница», 2 этаж, блок А, отдел государственных закупок с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. до «01» марта 2022 года. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному запусу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок;

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «02» марта 2022 года «08» часов «00» минут, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница», 2 этаж, блок А, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным главой 4 Правил. По главе 4 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждение по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.

Директор

Молдакулов Ж.М.

