



Директор ГКП на ПХВ «Талдықорганская городская многопрофильная больница»
 г. Талдықорган, микрорайон Каратап, ул. Райымбек батыра, 35, в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закула лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), провела закуп способом запроса ценовых предложений по наименованиям, указанным в пункте 4.

«18» января 2024 года

Протокол №6

Об утверждении итогов закула способом запроса ценовых предложений по объявлению №5 от 09.01.2024 г.

1. Организатор ГКП на ПХВ «Талдықорганская городская многопрофильная больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», находящийся по адресу область Жетісу, г. Талдықорган, микрорайон Каратап, ул. Райымбек батыра, 35, в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закула лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), провела закуп способом запроса ценовых предложений по наименованиям, указанным в пункте 4.
2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, представлены следующими потенциальными поставщиками ценовые предложения:
 - 1) ТОО «ДиАКит», РК, Карагандинская область, г. Караганда, район Әліхан Бөкейхан, мкр 19, д.40 «а» - 09.01.2024 г. –09 часов 37 мин;
 - 2) ТОО «Т.К.- СофиМед», РК, Область Жетісу, г. Талдықорган, ул. Ескелды би 281 - 09.01.2024 г. – 14 часов 39 мин;
 - 3) ТОО «Локол Фарм» РК, г. Астана, проспект Сарыарка, 31/2, ВП-32, 11 этаж - 15.01.2024 г. –10 часов 43 мин;
 - 4) ТОО «Жетісу-Фарм-К.М.» РК, г. Талдықорган, мкр. Гарышкер д 5/5 кв. 5 - 15.01.2024 г. – 16 часов 30 мин;
 - 5) ТОО «ХанМедГрупп»РК, г. Алматы, Наурызбайский район ул Алтын-Ординская 6/55 -16.01.2024 г. – 10 часов 00 мин;
3. При вскрытии заявок присутствовали представители потенциальных поставщиков: 0
4. Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№ лота	Наименование лота	Краткая характеристика	Объем закула (кол-во)	Место поставки	Сумма выделенная для закула	ТОО «ДиАКит»	ТОО «Т.К.- СофиМед»	ТОО «Локол Фарм»	ТОО «Жетісу-Фарм-К.М.»	ТОО «ХанМедГрупп»
1	Экспресс-тест для определения антител и антител к ВИЧ 1/2 (НIV 1/2) - 4-го поколения	Согласно приказу КРДСМ-211/2020 от 27.11.2020 г. Набор реагентов 4-ого поколения Alere determine HIV 1/2 иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител к ВИЧ - 1 и 2 типов (ВИЧ -1 ВИЧ - 2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека . Без принадлежностей №20 Доставка и разгрузка до местоположения склада заказчика силами	35 упаковок		2 310 000		2 205 000	2 310 000		1 160 950

		поставщика в течении 15 календарных дней. При доставке товара иметь разрешительные документы установленные законодательством Р. В упаковке 20 штук.								
2	Набор внешнего контроля для использования экспресс теста HIV Ag/Ab 4-го поколения	Набор внешнего контроля для использования экспресс теста HIV Ag/Ab 4-го поколения (RAF R0018C) для проверки качества продукта и обеспечения надлежащей процедуры тестирования. Набор внешнего контроля состоит из положительного контроля (REF SB-C0018P), содержащего рекомбинантный антиген p24 ВИЧ-1 (p24 Ag), и отрицательного контроля (REF SBC0018N). Состав набора: 1. Антигена ВИЧ-1 P24 (REF SBC0018P, 1 флакон с красной крышкой) 2. Отрицательный контроль HIV-1 P24 Ag (REF SB-C0018N, 5 мл/флакон) 3. Один лист-вкладыш (инструкция по применению).	48 флакон	3 024 000						
3	Фенолфталеиновая проба порошок	Для оценивания качества обработки (отмывания) с поверхности инструментов любых моющих средств и других загрязнений, проверка на наличие остаточного количества моющих веществ, а именно - их щелочных компонентов.	10 упаковок	34 500	34 500					
4	Индикаторы I32	Индикатор паровой стерилизации МедИС-132/20-1 (1000 тестов). Индикаторы МедИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы)	10 упаковок	34 000	32 500					

		<p>по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 36 месяцев. Индикатор паровой стерилизации МедИС-132/20-1 (1000 тестов) 132 ± 2/20+2/0,20 ± 0,02</p>	<p>10 упаковок</p>	<p>34 000</p>	<p>32 500</p>					
<p>5</p>	<p>Индикаторы 120</p>	<p>Индикатор паровой стерилизации МедИС-120/45-1 (1000 тестов) Индикаторы МедИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 36 месяцев.</p>	<p>10 упаковок</p>	<p>34 000</p>	<p>32 500</p>					

6	Сыворотка противостолбчатая №5 (лошад. очилд. концентр. р-р для инъекций по 3000МЕ)	Сыворотка противостолбчатая №5 (лошад. очилд. концентр. р-р для инъекций по 3000МЕ)	1000 ампула	2 400 000			1 856 000
7	Сыворотка противогангренозная	Сыворотка противогангренозная поливалентная лошадиная очищенная концентрированная (р-р для инъекций по 30000МЕ)	10 ампул	1 100 000			950 000

5. На основании представленных заявок организатор (заказчик) закупы, Решил:
 - на основании пункта п. 78 главы 3 Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 по лоту № 1, 4, 5 определить победителем ТОО «Т.К.-СофиМед», РК, Область Жетісу, г. Талдықорған, ул. Ескелды би 281, на общую сумму – 2 270 000 тенге;
 - на основании пункта п. 78 главы 3 Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 по лоту № 3 определить победителем ТОО «ДиАКит», РК, Карагандинская область, г. Караганда, район Әліхан Бөкейхан, мкр 19, д.40 «а», на общую сумму – 34 500 тенге;
 - на основании пункта п. 78 главы 3 Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 по лоту № 6,7 определить победителем ТОО «Жетісу-Фарм-К.М.» РК, г. Талдықорған, мкр. Гарышкер д 5/5 кв. 5, на общую сумму – 2 806 000 тенге;
- Победителям, представить организатору (заказчик) в течение 10 календарных дней со дня признания победителем пакет документов, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно п.80, главы 3 Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.**
6. Потенциального поставщик ТОО «ХанМедГрупп» по лоту №1 не соответствует требованиям п. 75 приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (п.п.2 п. 11 Приказа несоответствие характеристике или технической спецификации условиям объявления, отсутствие характеристики).
7. На основании п.79 главы 3 Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, в связи с отсутствием ценовых предложений по Лоту №2 закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.



Мусиралинова А. М.

Начальник отдела закупок

№ лота	Наименование лота	Классификационный код	Объем закупы (по лоту)	Место поставки	Сумма выделенная для закупы	100	100	100	100
1	Сыворотка противостолбчатая №5 (лошад. очилд. концентр. р-р для инъекций по 3000МЕ)		1000 ампула		2 400 000				
2	Сыворотка противогангренозная		10 ампул		1 100 000				